



Instrucciones de uso del inhalador Airflusal® Forspiro® cuyos principios activos son Salmeterol y Fluticasona propionato




Antes de utilizar el inhalador por primera vez



Abra la cámara lateral transparente del inhalador.

Abra la cámara lateral transparente del inhalador.



Debe cortar cuidadosamente la tira de aluminio de la cámara lateral. La tira de aluminio con líneas negras no contiene medicamento. No tire, ni la arranque con fuerza.

Debe cortar cuidadosamente la tira de aluminio de la cámara lateral. La tira de aluminio con líneas negras no contiene medicamento. No tire, ni la arranque con fuerza.



Utilización del inhalador



Abra la tapa protectora hacia abajo para que aparezca la boquilla.

Abra la tapa protectora hacia abajo para que aparezca la boquilla.



El contador de dosis indica las dosis restantes en orden decreciente de 60 a 0. Revise el contador de dosis para ver cuántas dosis quedan.

El contador de dosis indica las dosis restantes en orden decreciente de 60 a 0. Revise el contador de dosis para ver cuántas dosis quedan.



A medida que utiliza su inhalador, la cámara lateral se va llenando gradualmente con la tira de aluminio usada. Nunca debe haber más de 3 secciones de la tira de aluminio en la cámara lateral, ya que se puede atascar el inhalador.

A medida que utiliza su inhalador, la cámara lateral se va llenando gradualmente con la tira de aluminio usada. Nunca debe haber más de 3 secciones de la tira de aluminio en la cámara lateral, ya que se puede atascar el inhalador.



Cuando se alcanzan las 10 últimas dosis, los números aparecen sobre un fondo rojo.

Cuando se alcanzan las 10 últimas dosis, los números aparecen sobre un fondo rojo.

Preparación de la dosis

Preparación de la dosis



Compruebe que la cámara lateral está cerrada. La palanca blanca se debe abrir completamente hasta donde esté su tope y haga un "click".

Compruebe que la cámara lateral está cerrada. La palanca blanca se debe abrir completamente hasta donde esté su tope y haga un "click".



Con esta acción, el contador de dosis avanza un número en orden decreciente para indicar una nueva dosis.

Con esta acción, el contador de dosis avanza un número en orden decreciente para indicar una nueva dosis.



A continuación, vuelva a cerrar la palanca blanca hasta devolverla a su posición inicial y oír un "click". De esta forma el inhalador está listo para su uso inmediato.

A continuación, vuelva a cerrar la palanca blanca hasta devolverla a su posición inicial y oír un "click". De esta forma el inhalador está listo para su uso inmediato.

Inhalación de la dosis

Inhalación de la dosis



Sujete el inhalador con la tapa protectora mirando hacia abajo. Aleje el inhalador de la boca y exhale todo lo que pueda.

Sujete el inhalador con la tapa protectora mirando hacia abajo. Aleje el inhalador de la boca y exhale todo lo que pueda.



Cierre los labios firmemente alrededor de la boquilla, sin bloquear las válvulas de aire.

Cierre los labios firmemente alrededor de la boquilla, sin bloquear las válvulas de aire.



Inhale profunda e ininterrumpidamente a través del inhalador, sin respirar por la nariz.

Inhale profunda e ininterrumpidamente a través del inhalador, sin respirar por la nariz.



A continuación, retire el inhalador de la boca y mantenga la respiración durante 5 o 10 segundos, o tanto como le sea posible, sin que cause malestar.

A continuación, retire el inhalador de la boca y mantenga la respiración durante 5 o 10 segundos, o tanto como le sea posible.



Enjuáguese la boca con agua y escúpala a continuación.

Enjuáguese la boca con agua y escúpala a continuación.



Limpieza del inhalador

Limpieza del inhalador



Abra la tapa de la boquilla de su inhalador para limpiarla con un pañuelo seco. Nunca separe sus partes ni las lave con agua.

Abra la tapa de la boquilla de su inhalador para limpiarla con un pañuelo seco. Nunca separe sus partes ni las lave con agua.



Nunca inserte imperdibles u otros objetos punzantes dentro de la boquilla o en otras partes del inhalador.

Nunca inserte imperdibles u otros objetos punzantes dentro de la boquilla o en otras partes del inhalador.



Compruebe periódicamente con su médico, farmacéutico o personal de enfermería cualificado si está utilizando su inhalador correctamente.

Compruebe periódicamente con su médico, farmacéutico o personal de enfermería cualificado si está utilizando su inhalador correctamente.



Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. Sandoz, a Novartis Company.

Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. Sandoz, a Novartis Company.